

## Pregão/Concorrência Eletrônica

985905.842022 .5421 .4484 .1686396660



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00084/2022

Às 09:30 horas do dia 22 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2747/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00084/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos de oftalmologia para atendimento ambulatorial dos pacientes do município pelo sistema único de saúde do município de São Sebastião do Alto. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Conjunto oftalmológico**Descrição Complementar:** Conjunto Oftalmológico Aplicação\*: P/ Vitrectomia Posterior , Componente 1: Sonda P/ Corte , Tamanho: 25 G , Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters , Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 101.026,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Aceito para:** HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 97.990,0000 .**Histórico****Item: 1 - Conjunto oftalmológico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/09/2022 09:12:22
	<b>Marca:</b> TOPCON <b>Fabricante:</b> TOPCON <b>Modelo / Versão:</b> TOPCON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior , Componente 1: Sonda P/ Corte , Tamanho: 25 G , Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters , Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.952.368/0001-48	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 101.000,0000	R\$ 101.000,0000	21/09/2022 16:28:02
	<b>Marca:</b> XENONIO / CHINA WENZ <b>Fabricante:</b> XENONIO / CHINA WENZHOU / CHONGQING KANGHUARUIMIN <b>Modelo / Versão:</b> EL04A / TSIVA / TW 1430A / SLM JER / TW 2417R / VI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto oftalmológico composto por: CONJUNTO CADEIRA E COLUNA para exames oftalmológicos CARACTERISTICAS: cadeira com sistema de elevação elétrico , reclinado o encosto manual , braços escamoteáveis e apoio de cabeça com regulagem;coluna para o refrator elétrica e pantográfica ; gabinete da coluna em poliuretano; braço para lâmpada de fenda elétrica , braço com sensor para não encostar nas pernas do paciente; braço com bandeja em fórmica ;braço pantográfico injetado em poliuretano; controles microprocessados separados em função do uso , teclados de toque suave , fonte regulada para retino\oftalmo; carregador para retino\oftalmo; controle : liga\desliga projetor de luz da sala, volta zero e chave geral; base com pés reguláveis REFRATOR DE GREENS Carenagem e engrenagens toda em metal- lentes esféricas: +16,75 a 19,00 dioptrias( escala de 0,25D a 3,00 D e opcional lentes auxiliares + 10 D _ 10 D ) lentes cilíndricas: +0 a - 6´00 dioptrias( opcional expansão até 8 dioptrias) Eixo cilíndrico : 360 ( duplo eixo de 180 com escada de 5 graus Cilindro cruzado : =\ - 0,25 D Prismas de 0 a 20 ( escada de 01 prisma ) Ajuste de DP 48 a 80 mm LÂMPADA DE FENDA 02 AUMENTOS Modelo tipo HaagStreiss,magnificação estilo galileo com ótica estereoscópica, possui 02 tipos de aumento: 10 x e 16 x , ajuste distância interpupilar : 55 a 82 mm, ajuste de dioptria em 10 x + \ - 6 D , altura da fenda 1mm-8mm contínuo, ângulo de fenda 0 grau a 180 grau, lâmpada halogênio 12v 30 w diversos tipos de filtros: azul, redfree, 13 %densidade neutra e absorção de calor , 110 v ou 220 v TONOMETRO DE APLANAÇÃO Princípio Goldman ;sistema toque ;escala de medição 0 - 80 mm hg com intervalo de 2mmhg , precisãode + \-0.8mmhg; acompanha pruisma , suporte para fixação na lâmpada de fenda, barras de calibração. SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL com monitor de 22 " Distância exame d0,3 a 0,7 m com incremento de 10 cm , filtros verde\vermelho e azul\amarelo , modo stand by ajustável , efeito contraste + 100 %a - 0 % , mascara horizontal, vertical, individual e relógio teste torção , ishihara, teste 3D, cilindro cruzado, figuras astigmatismo , balanço binocular, luzes de Worth, simuladores de catarata e glaucoma , entre outras funções.						

AUTO REFRACTOR CERATOMETRO Modo de medição K\R modo ceratometria e refração contínuas REF modo refração KER modo ceratometria Modo visualização- através de retro iluminação Refração Distancia vértice VD0.0, 12.0, 13.75, 15.0 Esférico (SPH) -30.00~+ 25.00 (VD=12MM) (INCREMENTOS:0.01, 0.12, 0.25D) Cilindro (CYL) 0.00~+- 12.00D( Incrementos: 0.01, 0.12, 0.25 D) Axial (AX) 0~180°(1° unit) Indicação de astigmatismo-,+ (Mixed) Distancia pupilar (PD) 10~85mm Diametro min. Pupilar 2.0mm Ceratometria Raio de curvatura 5.0~13.0 mm(incrementos:0.01mm) Poder corneano 25.96 D ~67.50 D ( incrementos: 0.05, 0.12, 0.25 D) Quanto o índice de refração equivalente a córnea é 1.3375)Astigmatismocorneano 0.00 ~15.00D (incrementos: 0.05, 0.12, 0.25D) AXIAL 0~180°(INCREMENTOS: 1°) Diametro da Pupila 2.0 ~14.0 mm( incrementos:0.1mm) Dados da memoria 10 medições para cada olho Distancia do auto rastream. Sobe/desce +\_15 mm Outras Monitor painel touch de 7 polegadas color TFT LCD resistivo interfacede RS-232C Impressora interna impressora térmica de linha Fonte de energia 100-240 VAC, 1.0-0.6ª, 50/60 Hz dimensões/peso 261 (L) x 513 C x 433 (A) mm/ 16 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.925.353/0001-38 SENSEVIEW Sim Sim 1 R\$ 119.600,0000 R\$ 119.600,0000 22/09/2022 08:42:53  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA

**Marca:** APRAMED E OUTROS

**Fabricante:** APRAMED E OUTROS

**Modelo / Versão:** DIVERSOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO CADEIRA E COLUNA OFTALMOLÓGICO. REFRATOR DE GREENS. LÂMPADA DE FENDA 2 AUMENTOS. TONÔMETRO DE APLANAÇÃO. SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL. AUTO-REFRATOR COM CERATÔMETRO, descrição conforme anexo.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.246.709/0001-93 VERSSERV Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 22/09/2022 08:34:55  
VENDASONLINE EIRELI

**Marca:** VÁRIOS

**Fabricante:** VÁRIOS

**Modelo / Versão:** COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONSULTORIO OFTALMOLOGICO COM OS ITENS DESCRITOS: Item 01 Conjunto cadeira e coluna para exames oftalmológicos CARACTERÍSTICAS: cadeira com sistema de elevação elétrico , reclinado o encosto manual , braços escamoteáveis e apoio de cabeça com regulagem; coluna para o refrator elétrica e pantográfica ; gabinete da coluna em poliuretano; braço para lâmpada de fenda elétrico , braço com sensor para não encostar nas pernas do paciente; braço com bandeja em fórmica ;braço pantográfico injetado em poliuretano; controles microprocessados separados em função do uso , teclados de toque suave , fonte regulada para retino\oftalmo; carregador para retino\oftalmo; controle : liga\desliga projetor de luz da sala, volta zero e chave geral; base com pés reguláveis . Item 02 Refrator de Greens Carenagem e engrenagens toda em metal- lentes esféricas: +16,75 a 19,00 diotrias( escala de 0,25D a 3,00 D e opcional lentes auxiliares + 10 D \_ 10 D ) lentes cilíndricas: +0 a - 6´00 dioptrias( opcional expansão até 8 dioptrias) Eixo cilíndrico : 360 ( duplo eixo de 180 com escada de 5 graus Cilindro cruzado : =\ 0,25 D Prismas de 0 a 20 ( escada de 01 prisma ) Ajuste de DP 48 a 80 mm Item 03 Lâmpada de fenda 02 aumentos Modelo tipo Haag Streiss ,magnificação estilo galileo com ótica estereoscópica, possui 02 tipos de aumento: 10 x e 16 x , ajuste distância interpupilar : 55 a 82 mm, ajuste de dioptria em 10 x + \ - 6 D , altura da fenda 1mm-8mm contínuo, ângulo de fenda 0 grau a 180 grau, lâmpada halogênio 12v 30 w diversos tipos de filtros: azul, red free, 13 %densidade neutra e absorção de calor , 110 v ou 220 v. Item 04 Tonometro de aplanção Principio Goldman ;sistema toque ;escala de medição 0 - 80 mm hg com intervalo de 2mmhg , precisão de + \-0.8mmhg; acompanha pruisma , suporte para fixação na lâmpada de fenda, barras de calibração. item 05 Item 05 Sistema de acuidade visual com monitor de 22 " Distância exame d0,3 a 0,7 m com incremento de 10 cm , filtros verde\vermelho e azul\amarelo , modo stand by ajustável , efeito contraste + 100 %a - 0 % , mascara horizontal, vertical, individual e relógio teste torção , ishihara, teste 3D, cilindro cruzado, figuras astigmatismo , balanço binocular, luzes de Worth, simuladores de catarata e glaucoma , entre outras funções. Item 06 Auto refrator ceratometro Modo de medição K\R modo ceratometria e refração contínuas REF modo refração KER modo ceratometria Modo visualização- através de retro iluminação Refração Distancia vértice VD0.0, 12.0, 13.75, 15.0 Esférico (SPH) -30.00~+ 25.00 (VD=12MM) (INCREMENTOS:0.01, 0.12, 0.25D) Cilindro (CYL) 0.00~+- 12.00D( Incrementos: 0.01, 0.12, 0.25 D) Axial (AX) 0~180°(1° unit) Indicação de astigmatismo-,+ (Mixed) Distancia pupilar (PD) 10~85mm Diametro min. Pupilar 2.0mm Ceratometria Raio de curvatura 5.0~13.0 mm(incrementos:0.01mm) Poder corneano 25.96 D ~67.50 D ( incrementos: 0.05, 0.12, 0.25 D) Quanto o índice de refração equivalente a córnea é 1.3375) Astigmatismo corneano 0.00 ~15.00D (incrementos: 0.05, 0.12, 0.25D) AXIAL 0~180°(INCREMENTOS: 1°) Diametro da Pupila 2.0 ~14.0 mm( incrementos:0.1mm) Dados da memoria 10 medições para cada olho Distancia do auto rastream. Sobe/desce +\_15 mm Outras Monitor painel touch de 7 polegadas color TFT LCD resistivo interfacede RS-232C Impressora interna impressora térmica de linha Fonte de energia 100-240 VAC, 1.0-0.6ª, 50/60 Hz dimensões/peso 261 (L) x 513 C x 433 (A) mm/ 16 kg

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 1 R\$ 1.002.000,0000 R\$ 1.002.000,0000 16/09/2022 17:19:02  
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Marca:** oftalmo

**Fabricante:** oftalmo

**Modelo / Versão:** oftalmo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Conjunto Oftalmológico Aplicação\*: P/ Vitrectomia Posterior , Componente 1: Sonda P/ Corte , Tamanho: 25 G , Componente 3: Esclerótomo, Endoilluminador, Trocarters , Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.002.000,0000	38.482.591/0001-53	22/09/2022 09:30:00:427
R\$ 300.000,0000	34.246.709/0001-93	22/09/2022 09:30:00:427
R\$ 119.600,0000	39.925.353/0001-38	22/09/2022 09:30:00:427
R\$ 101.000,0000	03.952.368/0001-48	22/09/2022 09:30:00:427
R\$ 100.000,0000	38.714.672/0001-31	22/09/2022 09:30:00:427
R\$ 99.950,0000	03.952.368/0001-48	22/09/2022 09:31:07:520
R\$ 98.000,0000	39.925.353/0001-38	22/09/2022 09:41:30:677

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	22/09/2022 09:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	22/09/2022 09:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	22/09/2022 09:40:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Busca pela proposta mais vantajosa.
Encerramento	22/09/2022 09:50:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/09/2022 09:50:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 10:31:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/09/2022 10:40:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48.
Aceite de proposta	26/09/2022 12:48:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 97.990,0000.
Habilitação de fornecedor	26/09/2022 12:50:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	22/09/2022 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/09/2022 09:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/09/2022 09:40:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	22/09/2022 09:40:34	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Busca pela proposta mais vantajosa. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/09/2022 09:50:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/09/2022 09:51:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/09/2022 09:52:49	bom dia
Pregoeiro	22/09/2022 09:53:49	Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas iniciais
Pregoeiro	22/09/2022 09:58:29	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto no item inicialmente ganho
Pregoeiro	22/09/2022 09:59:35	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
Pregoeiro	22/09/2022 10:00:03	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - concederei prazo de 5 minutos para manifestação, caso não haja entenderei como recusa.
Pregoeiro	22/09/2022 10:14:58	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - desculpa, meu sistema caiu
Pregoeiro	22/09/2022 10:15:07	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta?
Pregoeiro	22/09/2022 10:15:25	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - concederei prazo de 5 minutos para manifestação, caso não haja entenderei como recusa.
03.952.368/0001-48	22/09/2022 10:17:06	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	22/09/2022 10:18:23	Para HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ok. obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	22/09/2022 10:19:13	Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta o item ganho
Pregoeiro	22/09/2022 10:20:08	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas antes do término do prazo, através do e-mail licitação@ssalto.rj.gov.br
Pregoeiro	22/09/2022 10:21:16	Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 22/09/2022 às 13:00 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas

Sistema	22/09/2022 10:31:49	Senhor fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/09/2022 10:40:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.952.368/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/09/2022 13:01:27	Boa tarde
Pregoeiro	22/09/2022 13:02:40	Senhores licitantes, informo que verificarei a proposta readequada e documentos de habilitação anexados, bem como o SICAF
Pregoeiro	22/09/2022 13:04:01	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 26/09/2022 às 13 horas, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das propostas e documentos de habilitação
Pregoeiro	26/09/2022 12:48:52	BOA TARDE
Pregoeiro	26/09/2022 12:49:02	Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital
Pregoeiro	26/09/2022 12:49:20	Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	26/09/2022 12:49:38	Cumpra salientar que a pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro	26/09/2022 12:49:46	Portanto, agora será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade
Pregoeiro	26/09/2022 12:50:01	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO POR 30 MINUTOS.
Pregoeiro	26/09/2022 12:50:11	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Sistema	26/09/2022 12:50:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/09/2022 12:50:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/09/2022 às 13:35:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/09/2022 09:43:34	
Abertura da sessão pública	22/09/2022 09:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	22/09/2022 09:51:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/09/2022 12:50:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/09/2022 12:50:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/09/2022 às 13:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:06 horas do dia 26 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELLE JARDIM PERDOMO  
**Pregoeiro Oficial**

BARBARA MEDEIROS HECHERT  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

